



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Model produktu:	Urządzenie: Rejestrator przepływu
	Typ: MacR6
	Numer fabryczny: zgodnie z załączonym dokumentem „Wydanie zewnętrzne”
Nazwa i adres producenta:	PLUM Sp. z o.o., ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin, Polska
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.	
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:	
*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (RTTE)	
Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:	
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej:	ETSI EN 301 489-1 v1.8.1 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 Numer raportu z przeprowadzonych badań: Plum 216/2014 z dn. 29.05.2014
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:	PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011 Numer raportu z przeprowadzonych badań: ELTEST Nr UG0043P z dn. 11.03.2014
	PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopień ochrony obudowy: IP68 Numer raportu z przeprowadzonych badań: Plum 1/2014 z dn. 01.08.2014
Informacje dodatkowe:	
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP:	Jednostka certyfikująca: BSI Assurance UK Limited, 389 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL, Wielka Brytania
	Normy międzynarodowe: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
	Numerы certyfikatów: Jakość – FM 37328, Środowisko – EMS 76080, BHP – OHS 76081
	Numer certyfikatu: Powiadomienie o zapewnieniu jakości nr FTZÚ 04 ATEX Q 009
Data produkcji pierwszego urządzenia oznaczonego znakiem: 	Maj 2014
Miejsce i data wydania:	Ignatki, 2016-09-09
Imię i nazwisko, stanowisko, podpis:	 Maciej Szumski, Prezes